

医療・看護安全対策委員会情報 2007.12月号 (NO.44)

「手動式肺人工蘇生器の自主回収」についてご存知ですか？

手動式肺人工蘇生器（アンビューバッグや蘇生バッグと呼ばれている製品）の一部の製品において自主回収が行われています。

対象となるものは、各器の設定上限を上回る**高流量の酸素を付加した状態**で換気操作を行った際に呼気弁が閉鎖し、呼気が抜けず患者の気道内圧が上昇することがあるため、**重篤な健康被害が発生する可能性が否定できない**ものとされています。

対象となる手動式肺人工蘇生器の情報は、

厚生労働省 HP: www.mhlw.go.jp

をご参照下さい。

※貴施設内の手動式肺人工蘇生器を一度確認してみましょう。

❖平成19年度リスクマネージャー交流会の開催について❖

毎年開催している『リスクマネージャー交流会』を下記日程にて行います。当日は、実際にリスクマネージャーとして活動している方の活動報告とグループワークを予定しています。ご多忙の折とは存じますが、多数のご参加をお待ちしています。

尚、参加ご希望の方は、別紙申込書にて看護協会宛にお申込みください。

日 時：平成20年2月16日（土）13：00～16：30 内 容：①リスクマネージャー活動報告

場 所：ながさき看護センター 3階 研修室A ②グループワーク

対 象：専従または施設内で主として医療安全を ③全体討議

担当している方（各施設2名まで） 締 切：平成20年1月10日（木）まで

※ 参加申込みの際に得た情報は、リスクマネージャー交流会及び医療・看護安全対策委員会の参加資料以外の目的には使用いたしません。